Центр Стандартизации и Метрологии (ЦСМ)

RA.RU.312199

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЗ ИНЖИНИРИНГ» (ООО «АЗ-И»)
УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ RA.RU.312199

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ С-ДДЭ/05-12-2025/486893492

Действительно до: 04.12.2026

Средство измерений Камеры инфракрасные FLIR T 335, FLIR T 365, FLIR T 425, FLIR B 335, FLIR B 365, FLIR B 425, FLIR i7 мод. FLIR T 335 ФИФ ОЕИ № 44798-10
наименование, тип, модификация СИ, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение
T197473

в составе -

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП 44798-10 (ФГУП «ВНИИОФИ» 05.07.2010г.)
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов 22249.15.1P.01248746, 22249.15.2P.01326524, 41747.09.2P.01302160, 71363.18.2P.01326588, 22249.15.1P.01248746
Регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Темп. окружающей среды 21 °С, отн. влажность 50%, атм. давление 757 мм рт. ст.
Перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов периодической (~~первичной~~) поверки признано пригодным к применению.

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: С-ДДЭ/05-12-2025/486893492

Знак поверки

Генеральный директор — Зубарев Алексей Сергеевич
Должность руководителя — *Подпись* — *Фамилия, имя и отчество (при наличии)*

Поверитель — Тимофеев Игорь Александрович
Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки 05.12.2025

Номер записи 2994-П34/25-К

zz 0088438

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:
С-ДДЭ/05-12-2025/486893492

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И (ИЛИ) ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Метрологические характеристики соответствуют описанию типа

Общество с ограниченной ответственностью «АЗ Инжиниринг» (ООО «АЗ-И»)
ИНН 7719455867; КПП 772601001; ОГРН 1167746830822
Тел.: +7 (800) 500-59-46; Факс: +7 (495) 120-07-46; Эл.почта: info@a3-eng.com

ZZ 0088438